



✓进样针安装到位，每次实验前放样品时请留意观察进样针的状态。



✓放进样瓶时，请留意保证
进样盘是平整状态，无翘起。



✓ Enpower中，请检查进样盘的类型是不是48位2mL的。